

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|---|--|---|--|----|
| 3 | <p>PRODUCTOS MINIMOS REQUERIDOS: Equipos simuladores para monitoreo fetal, incubadoras, termohigrómetros, monitoreo de signos vitales, desfibrilación, electrocardiografía, entre otros.</p> | <p>serie D0507010892 con fecha 28 de mayo de 2011 (CERTIFICADO DESACTUALIZADO). Analizador de seguridad eléctrica de serie 19590 con certificado de calibración No. BIO 100000 de fecha 26 de abril de 2011 (CERTIFICADO DESACTUALIZADO). Analizador de NIBP de serie 705 con certificado de calibración No. 705-003 de fecha 17 de agosto de 2011 (CERTIFICADO DESACTUALIZADO). Pesas individuales medidas en 5kg, 10kg y 20kg, con certificado de calibración No. 12549/50/51/52 C de fecha 19 de mayo de 2010 (CERTIFICADO DESACTUALIZADO). Juego de pesas medidas de 1 g a 2000g, con certificado de calibración No. 17953 de fecha 16 de abril de</p> | | SI | <p>Por medio de un oficio la empresa certifica que cuenta con todos los equipos simuladores para la verificación metroológica de fecha del 14 de diciembre de 2012.</p> | | <p>SI</p> <p>La empresa anexa los siguientes certificados e calibración de los equipos simuladores o analizadores con los que cuenta: Simulador multiparametrico con certificado No. S 4008-12 de fecha 10 de agosto de 2012. Simulador NIBP certificado No. S 4508-12 de fecha 10 de agosto de 2012. Analizador de seguridad eléctrica certificado No. S 4408-12 de fecha 13 de agosto de 2012. Analizador de desfibriladores certificado No. S 1808-12 de fecha 02 de agosto de 2012. Simulador de pulsoximetría certificado No. S 1908-12 de fecha 02 de agosto de 2012. Analizador de incubadoras certificado No. S 2408-12 de fecha 02 de agosto de 2012. Analizador de rayos x certificado No. AF-144-17969 de fecha 15 de agosto de 2012. Simulador fetal certificado No. S 3908-12 de fecha 10 de agosto de 2012.</p> | | SI |
| 4 | <p>EQUIPOS DE BACKUP: Electrocardiógrafo, monitor de signos vitales, desfibrilador y centrífuga.</p> | <p>La empresa suministra por medio de oficio del 14 de diciembre de 2012 REF. ALCANCE DEL SERVICIO que suministrará los equipos solicitados para backup.</p> | | SI | <p>Por medio de un oficio la empresa certifica que esta en capacidad de suministrar equipos de respaldo solicitados para garantizar la atención en salud, de fecha del 14 de diciembre de 2012.</p> | | <p>SI</p> <p>Se anexan las fichas técnicas de: ELECTROCARDIOGRAFO marca SCHILLER modelo AT1 y serie 19049921; DESFIBRILADOR marca HEWLETT PACKARD modelo CODE MASTER XL y serie 3814A13857; MONITOR DE SIGNOS VITALES marca PHILIPS modelo M3046A y serie DE73104839; Máquina de anestesia marca OHMEDA modelo II PLUS y serie ABQV00907; ventilador marca INTERMED modelo VPAS y serie IP-2007-11-00610.</p> | | SI |
| 5 | <p>Disponibilidad de 24 horas para el mto. Correctivo.</p> | <p>La empresa suministra por medio de oficio del 14 de diciembre de 2012 denominado REF. ALCANCE DEL SERVICIO dice que atenderá la disponibilidad de 24 horas.</p> | | SI | <p>Por medio de un oficio la empresa certifica que esta en capacidad de atender servicios de mto. Correctivo de acuerdo a lo solicitado, de fecha del 14 de diciembre de 2012.</p> | | <p>SI</p> <p>Ofrecen disponibilidad de los ingenieros propuestos de 24 horas.</p> | | SI |
| 6 | <p>Programa de salud ocupacional (reglamento de higiene, programa de accidentalidad, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, protocolos de limpieza y desinfección).</p> | <p>La empresa cuenta con un programa de salud ocupacional el cual fue diseñado con la colaboración de POSITIVA.</p> | | SI | <p>La empresa cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial, tambien cuenta con un programa de accidentalidad.</p> | | <p>SI</p> <p>La empresa cuenta con un programa de salud ocupacional y un reglamento de higiene y seguridad industrial el cual forma parte del proceso de recursos humanos. Adicionalmente cuenta con los protocolos de limpieza y desinfección. Tienen un programa de accidentalidad.</p> | | SI |