

EVALUACION TECNICA-calibracion

<p>PRODUCTOS MINIMOS REQUERIDOS: Contar con los equipos patrones con sus respectivos certificados recientes, para la calibración de los equipos del inventario de pasto salud E.S.E.</p>	<p>Certifica que cuenta con lo solicitado, de acuerdo a oficio del 14 de diciembre de 2012. (folio 000049/52). Certificado de calibración de <i>tacómetro</i> de fecha del 19 de julio de 2011 (DESACTUALIZADO, folio 0000055). Certificado de calibración de <i>analizador de pulsoximetría</i> de fecha del 28 de mayo de 2011 (DESACTUALIZADO, folio 0000056). Certificado de calibración de <i>analizador de seguridad eléctrica</i> de fecha del 26 de abril de 2011 (DESACTUALIZADO, folio 0000057). Certificado de calibración de analizador de NIBP de fecha del 17 de agosto de 2011 (DESACTUALIZADO, folio 0000058). Certificado de calibración de <i>pesas individuales de 20kg, 10kg y 5kg</i> de fecha del 19 de mayo de 2010 (DESACTUALIZADO, folio 0000059/61/62). Certificado de calibración de <i>pesas individuales de 1g a 2000g</i> de fecha del 16 de abril de 2012 (ACTUALIZADO, folio 0000063). Certificado de calibración de <i>termómetro</i> de fecha del 31 de agosto de 2011 (DESACTUALIZADO, folio 0000064). Certificado de calibración de <i>analizador de flujo</i> de fecha del 26 de abril de 2011 (DESACTUALIZADO, folio 0000065). Certificado de calibración de analizador de desfibrilación de fecha del 29 de abril de</p>	<p>La mayoría de los certificados de calibración de los equipos presentados se encuentran desactualizados ya que son de s años 2010 y 2011, solo tienen un certificado de pesas con fecha de 2012.</p>	<p>NO</p>	<p>La empresa certifica que cuenta con todos los equipos patrones por medio del oficio del 14 de diciembre de 2012, anexan una tabla con la relación de los equipos patrones con los respectivos números de certificados de calibración actualizados (folios 74 y 75).</p>	<p>SI</p>
---	--	--	-----------	--	-----------