

**EVALUACION TECNICA DE CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y  
EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL 2013**

AUTORIA No. 022-2012	REQUERIMIENTOS TECNICOS	BIOMEDICAL TECNOLOGIA LTDA.	OBSERVACIONES	CUMPLE (SI / NO)	IMEDSUR S.A.S.	CUMPLE (SI / NO)
	<p>EXPERIENCIA DE LOS OPERARIOS: 2 años en entidades realizando calibración, 2 ingenieros cada uno con su certificado de metrología.</p>	<p>Certifica la experiencia mediante oficio del 14 de diciembre de 2012. (folio 000047). La empresa presenta la hdv de la Bioingeniera VIVIANA QUICENO con su certificado de metrología y con fotocopia de la tarjeta profesional anexa. La empresa presenta la hdv de la Ing. Biomédica HELICA ACEVEDO con su certificado de metrología y con fotocopia de la tarjeta profesional anexa.</p>		SI	<p>La empresa presenta la hdv del ingeniero de sistemas EDGAR CERON quien es el jefe de metrología con sus certificados de metrología, fotocopia de la tarjeta profesional e inscripción al INVIMA No. RH-200905-405. La empresa presenta la hdv del ingeniero electrónico MARIO NARANJO con sus certificados de metrología, fotocopia de la tarjeta profesional e inscripción al INVIMA No. RH-201001-078.</p>	SI
	<p>PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: Reglamento de higiene, programa de accidentalidad y programa de inducción interno, programa de seguridad industrial y seguridad en el trabajo.</p>	<p>Certifica que aportará lo solicitado, de acuerdo a oficio del 14 de diciembre de 2012. (folio 000048), anexan los respectivos soportes del programa de salud ocupacional.</p>		SI	<p>Se adjunta el reglamento de higiene y seguridad industrial, el programa de accidentalidad, el procedimiento de inducción al personal, y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.</p>	SI