



El siguiente Boletín es elaborado con la información del tercer trimestre de 2024 con la finalidad de retroalimentar y fortalecer la seguridad de los medicamentos y dispositivos médicos.

## FARMACOVIGILANCIA

Ciencia que se encarga de la detección, análisis y gestión de cualquier problema relacionado con MEDICAMENTOS con el fin de prestar una atención segura a los pacientes.

## CÁPSULA DE FARMACOVIGILANCIA

### Evento Adverso Leve: Administración de Medicamento Incorrecto a Paciente Alérgico a ese Medicamento

En el mes de Septiembre se administró a una paciente el medicamento equivocado (Hioscina) al no realizar la identificación inequívoca de pacientes.

#### ¿Que aprendimos?

» Se debe realizar siempre la verificación de los 7 correctos al momento de la preparación y administración de medicamentos para evitar errores de administración.


» Se debe verificar siempre la identificación del paciente con 2 nombres y 2 apellidos.

» Si el paciente está marcado como alérgico se debe revisar a qué medicamento es alérgico y

verificar cuál es el medicamento que se va a administrar.


» Siempre se debe educar a los pacientes sobre el medicamento que se va a administrar con el fin que ellos puedan alertarnos de un error de administración.

**En la Gráfica 1.** Se puede observar que la reacción adversa medicamentosa más común reportada durante el 3 primer trimestre de 2024 fue cefalea y prurito.



**Gráfica 1. Reacciones Adversas Medicamentosas reportadas**

**En la Gráfica 2.** Se puede observar los medicamentos reportados como causantes de Reacciones Adversas Medicamentosas, en los cuales los más comunes fueron enalapril e Hioscina + Dipirona.




**Grafica 2. Medicamentos reportados como causantes de Reacciones Adversas Medicamentosas**

## TECNOVIGILANCIA

Es un Sistema de vigilancia de DISPOSITIVOS MÉDICOS que identifica, evalúa, gestiona y divulga los eventos o incidentes adversos que presentan los dispositivos médicos, para mejorar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes.

Los dispositivos médicos que se reportaron en el tercer trimestre con fallas de calidad en la fabricación fueron:



Con estos reportes se informó al proveedor para cambio de lote o de marca del dispositivo médico

## RECONOCIMIENTOS

Agradecemos el compromiso de todos con la seguridad del paciente específicamente en el apoyo a los programa de farmacovigilancia y tecnovigilancia destacando el trabajo realizado por las siguientes 4 centros de salud quienes fueron los que más reportaron casos relacionados con medicamentos y dispositivos médicos durante el segundo trimestre de 2024.

**CS Hospital Civil**  
**CS Pandiaco**  
**CS Hospital La Rosa**  
**CS San Vicente**

Elaborado por:

**Q.F Manuela Cifuentes // Ing. Mario Naranjo**